

JEM-2100F场发射透射电镜用单倾样品台、双倾样品台 和干泵单一来源采购征求意见公示

粉末冶金研究院“JEM-2100F场发射透射电镜用单倾样品台、双倾样品台和干泵”项目采用单一来源方式采购，该项目拟从捷欧路（北京）科贸有限公司购买。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从2018年7月16日起至2018年7月26日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至中南大学资产与实验室管理处（联系电话：88836825 联系人：肖老师）。附：专家论证意见及专家姓名、工作单位、职称。

申请单位理由：

粉冶院的 JEM-2100F 场发射透射电镜（UHR）配件单倾样品台、双倾样品台已使用多年，出现老化和故障现象，已维修过多次，其中双倾样品台已没有维修价值，目前需要更换。因单倾样品台、双倾样品台零部件和干泵是透射电镜不可缺少的重要配件，而其他公司生产的零部件与 JEM-2100F 透射电镜均不兼容，只能向捷欧路（北京）科贸有限公司（日本电子株式会社在中国的全资子公司）购买，故申请采用非公开招标（单一来源方式）采购。

2018年6月21日

中南大学仪器设备非公开招标采购专家论证意见汇总表

时间： 2018 年 3 月 23 日

使用单位	粉末冶金研究院			
项目(设备)名称	购买日本电子 JEM-2100F 场发射透射电镜零部件			
项目金额	37 万元			
专家论证意见 1	<p>粉冶院的 JEM-2100F 高分辨场发射透射电子显微镜从 2009 年安装至今已使用近 10 年时间，双倾台、单倾台、干泵等零部件出现老化及故障，迫切需要更换。此次拟购买的零部件是日本电子株式会社的专有产品，其他厂家生产的零部件无法与日本电子 JEM-2100F 高分辨(UHR)场发射透射电子显微镜配套使用，只能采用单一来源方式采购产品，即从捷欧路(北京)科贸有限公司(日本电子株式会社在中国的全资子公司)采购该零部件。目前购置经费已落实。</p>			
	专家姓名	张鸿	职称	教授
	工作单位	材料学院		
专家论证意见 2	<p>日本电子场发射高分辨透射电子显微镜 JEM-2100F 的双倾台、单倾台、干泵等零部件是透射电镜的重要组成部分，也是该公司的专有产品，其他厂家生产的样品台等不能与日本电子场发射高分辨透射电子显微镜 JEM-2100F (UHR) 配套使用，只能进行单一来源采购，从捷欧路(北京)科贸有限公司(日本电子株式会社在中国的全资子公司)购买。设备购置经费已落实，经费有保障。</p>			
	专家姓名	李劲风	职称	教授
	工作单位	材料学院		
专家论证意见 3	<p>电镜实验室是粉冶院在显微结构方面的公共测试平台，担负着粉冶院及校内部分院系显微结构的分析测试任务，透射电镜不可或缺的零部件的损坏及老化对显微结构分析测试任务的正常开展造成了一定的影响。</p> <p>JEM-2100F (UHR) 高分辨场发射透射电子显微镜的双倾台、单倾台、干泵等零部件，是日本电子的专利产品，不能用其它公司的配件替代，只有从单一来源日本电子公司购买，因此同意其进行非公开招标采购。</p>			
	专家姓名	罗丰华	职称	教授
	工作单位	粉冶院		