

## JEM-2100F 场发射透射电镜用双倾样品台非公开招标意见公示

粉末冶金研究院“JEM-2100F 场发射透射电镜用双倾样品台”项目采用拟采用非公开招标方式进行，该项目拟从捷欧迪拓姆（上海）贸易有限公司购买。现将有关情况向潜在供应商征求意见。征求意见期限从 2015 年 9 月 16 日起至 2015 年 9 月 23 日止。

潜在供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至中南大学资产与实验室管理处（联系电话：88836825 联系人：肖老师）。附：专家论证意见及专家姓名、工作单位、职称。

申请单位理由：

粉冶院的 JEM-2100F 场发射透射电镜配件双倾样品台、机械泵已使用 7 年，出现老化和故障现象，已维修过多次，目前需要更换。因双倾样品台、机械泵零部件是透射电镜不可缺少的重要配件，而其他公司生产的零部件与 JEM-2100F 透射电镜均不兼容，只能向捷欧迪拓姆贸易有限公司（日本电子在中国的代理公司）购买，故申请非公开招标采购。

2015 年 9 月 16 日

## JEM-2100F 场发射透射电镜用双倾样品台

### 非公开招标采购专家论证意见表

2015 年 9 月 16 日

使用单位	粉末冶金研究院公共实验中心		
项目（设备）名称	更换日本电子 JEM-2100F 场发射透射电镜零部件		
项目金额	26 万元		
专家论证意见 1	粉冶院的 JEM-2100F 高分辨场发射透射电子显微镜从 2009 年安装至今已使用 6 年时间，双倾台、机械泵等零部件出现老化及故障，迫切需要更换。此次拟购买的零部件是日本电子株式会社的专有产品，其他厂家生产的零部件无法与日本电子 JEM-2100F 高分辨场发射透射电子显微镜配套使用。目前购置经费已落实。 同意其非公开招标单一来源采购，即从原厂日本电子株式会社采购该零部件。		
	专家姓名	刘咏	职称 教授
	工作单位	中南大学粉末冶金研究院	

专家论证意见 2	<p>日本电子场发射高分辨透射电子显微镜 JEM-2100F 的双倾台、机械泵等零部件是透射电镜的重要组成部分，也是该公司的专有产品，其他产家生产的测角台、轨迹球等无法与日本电子场发射高分辨透射电子显微镜 JEM-2100F 配套使用，只能进行单一来源采购。设备购置经费已落实，经费有保障。同意其从捷欧迪拓姆贸易有限公司（日本电子代理）购进。</p>			
专家姓名	邓运来	职称	教授	
工作单位	中南大学材料学院			
专家论证意见 3	<p>电镜实验室是粉冶院在显微结构方面的公共测试平台，担负着粉冶院及校内部分院系的显微结构的分析测试任务，透射电镜不可或缺的零部件的损坏及老化对显微结构分析测试任务的正常开展造成了一定的影响。</p> <p>JEM2100F 高分辨场发射透射电子显微镜的双倾台等零部件，是日本电子的专利产品，不能用其它公司的配件替代，只有单一来源日本电子公司，即只能从日本电子在中国的代理捷欧路科贸有限公司购进，因此同意其进行非公开招标采购。</p>			
专家姓名	谭澄宇	职称	教授	
工作单位	中南大学材料学院			